



**Accredited calibration - ACCRED-CAL-TRION-X / Akkreditierte Kalibration - ACCRED-CAL-TRION-X**

<b>Module Type</b>	<b>Pricelist item / Preislistenartikel</b>	<b>Pricelist description</b>	<b>Preislisten Beschreibung</b>	<b>Calibration description</b>	<b>Kalibrationsumfang</b>
Valid for any analogue TRION module with 4 input channels / Gültig für jegliches TRION Module mit 4 analogen Eingangskanälen	ACCRED-CAL-TRION-4CH	Accredited calibration for TRION modules with 4 analogue channels incl. adjustment if required.  Please mark the delivery/delivery papers with ACCRED-CAL	Akkreditierte Kalibration eines TRION Modules mit 4 analogen Eingangskanälen inkl. Justierung bei Bedarf.  Wir bitten sie das Paket bzw. den Lieferschein mit ACCRED-CAL zu markieren	Accredited calibration contains at least 3 DC-calibration points at each range, plus 4 representative AC-points	Akkreditierte Kalibration beinhaltet zumindest 3 DC-Kalibrationspunkte pro Messbereich, sowie 4 repräsentative AC-Kalibrationspunkte
Valid for any analogue TRION module with 6 input channels / Gültig für jegliches TRION Module mit 6 analogen Eingangskanälen	ACCRED-CAL-TRION-6CH	Accredited calibration for TRION modules with 6 analogue channels incl. adjustment if required.  Please mark the delivery/delivery papers with ACCRED-CAL	Akkreditierte Kalibration eines TRION Modules mit 6 analogen Eingangskanälen inkl. Justierung bei Bedarf.  Wir bitten sie das Paket bzw. den Lieferschein mit ACCRED-CAL zu markieren	Accredited calibration contains at least 3 DC-calibration points at each range, plus 4 representative AC-points	Akkreditierte Kalibration beinhaltet zumindest 3 DC-Kalibrationspunkte pro Messbereich, sowie 4 repräsentative AC-Kalibrationspunkte
Valid for any analogue TRION module with 8 input channels / Gültig für jegliches TRION Module mit 8 analogen Eingangskanälen	ACCRED-CAL-TRION-8CH	Accredited calibration for TRION modules with 8 analogue channels incl. adjustment if required.  Please mark the delivery/delivery papers with ACCRED-CAL	Akkreditierte Kalibration eines TRION Modules mit 8 analogen Eingangskanälen inkl. Justierung bei Bedarf.  Wir bitten sie das Paket bzw. den Lieferschein mit ACCRED-CAL zu markieren	Accredited calibration contains at least 3 DC-calibration points at each range, plus 4 representative AC-points	Akkreditierte Kalibration beinhaltet zumindest 3 DC-Kalibrationspunkte pro Messbereich, sowie 4 repräsentative AC-Kalibrationspunkte