



### **1. Kalibriergegenstand / Calibration object**

6 Channel Data Acquisition DEWETRON TRION3-2420-ACC, S/N: A1260999

### **2. Kalibrierverfahren / Calibration procedure**

Die Kalibrierung erfolgt durch Vergleich der durch die Kalibrierstelle / Normale dargestellten Werte mit den Ausgangsgrößen am Kalibriergegenstand beziehungsweise den am Kalibriergegenstand angezeigten Werten.  
*The calibration is made by comparing the readings from the laboratory / standards to the output of the calibration object respectively the values displayed on the calibration object.*

Prüfroutine / *Calibration procedure*: TRION3-24xx-ACC-LV\_Akkred, Rev. 2.00

### **3. Messergebnisse / Measurement results**

Die Kalibrierung im Rahmen der Akkreditierung umfasst die Messgrößen Gleichspannung, Wechselspannung, Gleichstrom, Wechselstrom und Gleichstromwiderstand.

Die Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf diesen Kalibriergegenstand zum Zeitpunkt der Kalibrierung.  
*The calibration scope of the accreditation contains the quantities direct voltage, alternating voltage, direct current, alternating current and direct current resistance.*

*The measurement results are exclusively linked to this calibration object at the time of calibration.*

### **4. Messunsicherheit / Measurement uncertainty**

Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standardmessunsicherheit durch Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor  $k=2$  ergibt. Sie wurde gemäß EA-4/02 ermittelt. Der Wert der Messgröße liegt im Regelfall mit einer Wahrscheinlichkeit von annähernd 95% im zugeordneten Werteintervall.

Ein Anteil für die Langzeitstabilität des Kalibriergegenstandes ist nicht enthalten.

*The stated extended measurement uncertainty is derived from the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor  $k=2$ . It has been determined according to EA-4/02. The measured quantity is inside the corresponding value interval with a probability of approximately 95%.*

*A factor for the long time stability of the calibration object is not taken into account.*

### **5. Umgebungsbedingungen / environmental conditions**

Temperatur / *Temperature*: 23,3 °C

Rel. Luftfeuchte / *Rel. humidity*: 47,0 % r.H.

Kalibrierort / *Place of calibration*: DEWETRON GmbH, Parkring 4, 8074 Grambach, Austria

### **6. Auftragsnummer / Reference Number**

### **7. Status / Status**

PASS ()

AS-FOUND: Eingangskalibration / *Incoming calibration*

AS-LEFT: Ausgangskalibration / *Outgoing calibration*

FOUND/LEFT: Eingangskalibration erfüllt Herstellerspezifikation / *Incoming calibration according to manufacturer specifications*

PASS: Messergebnis liegt innerhalb der Herstellerspezifikationen (ohne Berücksichtigung der Messunsicherheiten) / *Measurement result is within manufacturer's specifications (without taking into account the measurement uncertainties)*

FAIL: Das Messergebnis liegt nicht innerhalb der Herstellerspezifikationen (ohne Berücksichtigung der Messunsicherheiten) / *Measurement result is out of manufacturer's specifications (without taking into account the measurement uncertainties)*

### **8. Verwendete Fußnoten / Used foot notes:**

(1) Zusätzliche Messwerte außerhalb des akkreditierten Bereiches, es kann keine Konformitätsaussage getroffen werden.

*(1) Additional measured values outside the accredited scope, a conformity statement cannot be made.*

### **9. Kommentare / Comments**

2420-ACC Test

Für die Festlegung und Einhaltung einer angemessenen Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.

*The user is responsible for the definition and the compliance to a reasonable period for repeating the calibration.*



**DEWETRON GmbH**  
Parking 4  
8074 Grambach  
AUSTRIA

Kalibrierschein nach ISO/IEC 17025  
*Calibration Certificate according to ISO/IEC 17025*

AAT2640079
Akkreditierung Austria 0632
03.06.2026

**10. Verwendete Normale / Standards used**

<u>Asset</u>	<u>Description</u>	<u>Serial Number</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Cal Date</u>	<u>Due Date</u>
5522A 02	5522A CALIBRATOR	6032901	SA01506076	10-Feb-2026	10-Feb-2027
Keysight 3458A 03	3458A Multimeter	MY45052880	01331343	6-Mär-2026	6-Mär-2027



**DEWETRON GmbH**  
 Parking 4  
 8074 Grambach  
 AUSTRIA

Kalibrierschein nach ISO/IEC 17025  
 Calibration Certificate according to ISO/IEC 17025

AAT2640079
Akkreditierung Austria 0632
03.06.2026

**11. Testergebnisse / Test results**

Test Description	True Value	Test Result	Lower limit	Upper limit	Exp Uncert	Error	% of Tol	Status
Current Temperature of DMM and Calibrator								
DMM:	39.0°C							
Calibrator:	26.32°C							
Kalibrierverfahren / calibration method:								
CAL-KV-01_Gleichspannung_v1.0_2024-07-04.xlsx-02								
CAL-KV-02_Wechselspannung_v1.0_2024-07-04.xlsx-02C								
CAL-KV-02_Wechselspannung_v1.0_2024-07-04.xlsx-04C								
CAL-KV-03_Gleichstromstärke_v1.0_2024-07-04.xlsx-07								
API version : 8.1.0.9904								
Card type: TRION3-2420-ACC-6-BNC								
Firmware version: 24								
Board temperature: 46.19 degC								
SN. of board: A1260999								
IEPE Current Calibration								
Samplerate: 10 kS/s								
Resolution: 24 bit								
LP Filter set to 30 Hz BU 8th Order								
AAF Filter set to Off								
Accuracy: ± 10 %								
CH1	2.0000mA	2.0024 mA	1.8000 mA	2.2000 mA	140.00 e-06 mA	0,0024 mA	1.19%	Pass
CH1	8.0000mA	8.0507 mA	7.2000 mA	8.8000 mA	350.00 e-06 mA	0,0507 mA	6.33%	Pass
CH1	20.0000mA	20.132 mA	18.0000 mA	22.0000 mA	1.80 e-03 mA	0,132 mA	6.58%	Pass
CH2	2.0000mA	1.9812 mA	1.8000 mA	2.2000 mA	140.00 e-06 mA	-0,0188 mA	9.4%	Pass
CH2	8.0000mA	8.0594 mA	7.2000 mA	8.8000 mA	350.00 e-06 mA	0,0594 mA	7.42%	Pass
CH2	20.0000mA	20.164 mA	18.0000 mA	22.0000 mA	1.80 e-03 mA	0,164 mA	8.19%	Pass
CH3	2.0000mA	1.9921 mA	1.8000 mA	2.2000 mA	140.00 e-06 mA	-0,0079 mA	3.94%	Pass
CH3	8.0000mA	8.0519 mA	7.2000 mA	8.8000 mA	350.00 e-06 mA	0,0519 mA	6.49%	Pass
CH3	20.0000mA	20.120 mA	18.0000 mA	22.0000 mA	1.80 e-03 mA	0,120 mA	6.01%	Pass
CH4	2.0000mA	1.9986 mA	1.8000 mA	2.2000 mA	140.00 e-06 mA	-0,0014 mA	0.682%	Pass
CH4	8.0000mA	8.0695 mA	7.2000 mA	8.8000 mA	350.00 e-06 mA	0,0695 mA	8.69%	Pass
CH4	20.0000mA	20.171 mA	18.0000 mA	22.0000 mA	1.80 e-03 mA	0,171 mA	8.53%	Pass
CH5	2.0000mA	2.0270 mA	1.8000 mA	2.2000 mA	140.00 e-06 mA	0,0270 mA	13.5%	Pass
CH5	8.0000mA	8.0718 mA	7.2000 mA	8.8000 mA	350.00 e-06 mA	0,0718 mA	8.98%	Pass
CH5	20.0000mA	20.164 mA	18.0000 mA	22.0000 mA	1.80 e-03 mA	0,164 mA	8.2%	Pass
CH6	2.0000mA	1.9993 mA	1.8000 mA	2.2000 mA	140.00 e-06 mA	-0,0007 mA	0.347%	Pass
CH6	8.0000mA	8.0428 mA	7.2000 mA	8.8000 mA	350.00 e-06 mA	0,0428 mA	5.35%	Pass
CH6	20.0000mA	20.170 mA	18.0000 mA	22.0000 mA	1.80 e-03 mA	0,170 mA	8.49%	Pass
IEPE Compliance Voltage Test								
CH1 greater than 24 V								Pass (1)
CH2 greater than 24 V								Pass (1)
CH3 greater than 24 V								Pass (1)
CH4 greater than 24 V								Pass (1)
CH5 greater than 24 V								Pass (1)
CH6 greater than 24 V								Pass (1)
TEDS Test								
CH1 TEDS								Pass (1)
CH2 TEDS								Pass (1)
CH3 TEDS								Pass (1)
CH4 TEDS								Pass (1)
CH5 TEDS								Pass (1)
CH6 TEDS								Pass (1)
CMRR Test								
150 V @ 50 Hz Input; 100 V Range; 2000 kS/sec								
CH1 better than 79 dB								Pass (1)
CH2 better than 79 dB								Pass (1)
CH3 better than 79 dB								Pass (1)
CH4 better than 79 dB								Pass (1)
CH5 better than 79 dB								Pass (1)
CH6 better than 79 dB								Pass (1)
150 V @ 1 kHz Input; 100 V Range; 2000 kS/sec								
CH1 better than 55 dB								Pass (1)
CH2 better than 55 dB								Pass (1)
CH3 better than 55 dB								Pass (1)
CH4 better than 55 dB								Pass (1)
CH5 better than 55 dB								Pass (1)



**DEWETRON GmbH**  
 Parking 4  
 8074 Grambach  
 AUSTRIA

Kalibrierschein nach ISO/IEC 17025  
 Calibration Certificate according to ISO/IEC 17025

AAT2640079
Akkreditierung Austria 0632
03.06.2026

**11. Testergebnisse / Test results**

Test Description	True Value	Test Result	Lower limit	Upper limit	Exp Uncert	Error	% of Tol	Status
CH6 better than 55 dB 50 V @ 50 Hz Input; 0.2 V Range; 2000 kS/sec								Pass (1)
CH1 better than 132 dB								Pass (1)
CH2 better than 132 dB								Pass (1)
CH3 better than 132 dB								Pass (1)
CH4 better than 132 dB								Pass (1)
CH5 better than 132 dB								Pass (1)
CH6 better than 132 dB								Pass (1)
Overload Detection Test CH1 - CH6 LED								Pass (1)
Counter Test CNT1								Pass (1)
Voltage Calibration								
Samplerate: 2000 kS/s Resolution: 24 bit LP Filter set to 600 kHz BU 8th Order AAF Filter set to Off								
Accuracy up to 10 V range: DC to 1 kHz : ± 0.02 % of reading ± 0.02 % of range ± 20 µV >1 kHz to 10 kHz : ± 0.1 % of reading ± 0.02 % of range ± 20 µV >10 kHz to 100 kHz : ± (0.015 % * f) of reading ± 0.02 % of range ± 20 µV								
Accuracy above 10 V range: DC to 1 kHz : ± 0.02 % of reading ± 0.02 % of range >1 kHz to 5 kHz : ± 0.15 % of reading ± 0.02 % of range >5 kHz to 100 kHz : ± (0.05 % * f) of reading ± 0.02 % of range								
f: frequency in kHz								
Range: 0.2 V #####								
Test @ -0.18 V								
CH1	-0.180000 V	-0.179999 V	-0.180096 V	-0.179904 V	9.30 e-06 V	0,000001 V	1.04%	Pass
CH2	-0.180000 V	-0.180003 V	-0.180096 V	-0.179904 V	9.30 e-06 V	-0,000003 V	3.47%	Pass
CH3	-0.180000 V	-0.180011 V	-0.180096 V	-0.179904 V	9.30 e-06 V	-0,000011 V	11.8%	Pass
CH4	-0.180000 V	-0.180015 V	-0.180096 V	-0.179904 V	9.30 e-06 V	-0,000015 V	15.6%	Pass
CH5	-0.180000 V	-0.180011 V	-0.180096 V	-0.179904 V	9.30 e-06 V	-0,000011 V	11.1%	Pass
CH6	-0.180000 V	-0.180012 V	-0.180096 V	-0.179904 V	9.30 e-06 V	-0,000012 V	12.8%	Pass
Test @ 0 V								
CH1	0.000000 V	0.000001 V	-0.000060 V	0.000060 V	4.80 e-06 V	0,000001 V	1.27%	Pass
CH2	0.000000 V	-0.000001 V	-0.000060 V	0.000060 V	4.80 e-06 V	-0,000001 V	2.27%	Pass
CH3	0.000000 V	-0.000003 V	-0.000060 V	0.000060 V	4.80 e-06 V	-0,000003 V	5.5%	Pass
CH4	0.000000 V	-0.000003 V	-0.000060 V	0.000060 V	4.80 e-06 V	-0,000003 V	4.28%	Pass
CH5	0.000000 V	-0.000002 V	-0.000060 V	0.000060 V	4.80 e-06 V	-0,000002 V	3.91%	Pass
CH6	0.000000 V	-0.000005 V	-0.000060 V	0.000060 V	4.80 e-06 V	-0,000005 V	9.04%	Pass
Test @ 0.18 V								
CH1	0.180000 V	0.180002 V	0.179904 V	0.180096 V	9.30 e-06 V	0,000002 V	2.43%	Pass
CH2	0.180000 V	0.180000 V	0.179904 V	0.180096 V	9.30 e-06 V	0,000000 V	0.347%	Pass
CH3	0.180000 V	0.179996 V	0.179904 V	0.180096 V	9.30 e-06 V	-0,000004 V	4.17%	Pass
CH4	0.180000 V	0.180001 V	0.179904 V	0.180096 V	9.30 e-06 V	0,000001 V	0.694%	Pass
CH5	0.180000 V	0.179997 V	0.179904 V	0.180096 V	9.30 e-06 V	-0,000003 V	2.78%	Pass
CH6	0.180000 V	0.179993 V	0.179904 V	0.180096 V	9.30 e-06 V	-0,000007 V	7.64%	Pass
Range: 1 V #####								
Test @ -0.9 V								
CH1	-0.900000 V	-0.900004 V	-0.900400 V	-0.899600 V	21.00 e-06 V	-0,000004 V	1.08%	Pass
CH2	-0.900000 V	-0.900025 V	-0.900400 V	-0.899600 V	21.00 e-06 V	-0,000025 V	6.17%	Pass
CH3	-0.900000 V	-0.900059 V	-0.900400 V	-0.899600 V	21.00 e-06 V	-0,000059 V	14.7%	Pass
CH4	-0.900000 V	-0.900084 V	-0.900400 V	-0.899600 V	21.00 e-06 V	-0,000084 V	21.1%	Pass
CH5	-0.900000 V	-0.900059 V	-0.900400 V	-0.899600 V	21.00 e-06 V	-0,000059 V	14.8%	Pass
CH6	-0.900000 V	-0.900036 V	-0.900400 V	-0.899600 V	21.00 e-06 V	-0,000036 V	9.08%	Pass
Test @ 0 V								
CH1	0.000000 V	-0.000002 V	-0.000220 V	0.000220 V	4.80 e-06 V	-0,000002 V	0.926%	Pass
CH2	0.000000 V	-0.000004 V	-0.000220 V	0.000220 V	4.80 e-06 V	-0,000004 V	1.79%	Pass
CH3	0.000000 V	-0.000007 V	-0.000220 V	0.000220 V	4.80 e-06 V	-0,000007 V	3.16%	Pass
CH4	0.000000 V	-0.000010 V	-0.000220 V	0.000220 V	4.80 e-06 V	-0,000010 V	4.7%	Pass
CH5	0.000000 V	-0.000010 V	-0.000220 V	0.000220 V	4.80 e-06 V	-0,000010 V	4.55%	Pass
CH6	0.000000 V	-0.000014 V	-0.000220 V	0.000220 V	4.80 e-06 V	-0,000014 V	6.18%	Pass
Test @ 0.9 V								
CH1	0.900000 V	0.900032 V	0.899600 V	0.900400 V	21.00 e-06 V	0,000032 V	7.92%	Pass
CH2	0.900000 V	0.900024 V	0.899600 V	0.900400 V	21.00 e-06 V	0,000024 V	5.92%	Pass



**DEWETRON GmbH**  
 Parking 4  
 8074 Grambach  
 AUSTRIA

Kalibrierschein nach ISO/IEC 17025  
 Calibration Certificate according to ISO/IEC 17025

AAT2640079
Akkreditierung Austria 0632
03.06.2026

**11. Testergebnisse / Test results**

Test Description	True Value	Test Result	Lower limit	Upper limit	Exp Uncert	Error	% of Tol	Status
CH3	0.900000 V	0.899993 V	0.899600 V	0.900400 V	21.00 e-06 V	-0,000007 V	1.75%	Pass
CH4	0.900000 V	0.900023 V	0.899600 V	0.900400 V	21.00 e-06 V	0,000023 V	5.83%	Pass
CH5	0.900000 V	0.899994 V	0.899600 V	0.900400 V	21.00 e-06 V	-0,000006 V	1.5%	Pass
CH6	0.900000 V	0.899963 V	0.899600 V	0.900400 V	21.00 e-06 V	-0,000037 V	9.33%	Pass
Range: 2 V								
#####								
Test @ -1.8 V								
CH1	-1.800000 V	-1.799990 V	-1.800780 V	-1.799220 V	32.00 e-06 V	0,000010 V	1.28%	Pass
CH2	-1.800000 V	-1.800030 V	-1.800780 V	-1.799220 V	32.00 e-06 V	-0,000030 V	3.85%	Pass
CH3	-1.800000 V	-1.800090 V	-1.800780 V	-1.799220 V	32.00 e-06 V	-0,000090 V	11.5%	Pass
CH4	-1.800000 V	-1.800140 V	-1.800780 V	-1.799220 V	32.00 e-06 V	-0,000140 V	17.9%	Pass
CH5	-1.800000 V	-1.800100 V	-1.800780 V	-1.799220 V	32.00 e-06 V	-0,000100 V	12.8%	Pass
CH6	-1.800000 V	-1.800100 V	-1.800780 V	-1.799220 V	32.00 e-06 V	-0,000100 V	12.8%	Pass
Test @ 0 V								
CH1	0.000000 V	-0.000017 V	-0.000420 V	0.000420 V	4.80 e-06 V	-0,000017 V	4.07%	Pass
CH2	0.000000 V	-0.000019 V	-0.000420 V	0.000420 V	4.80 e-06 V	-0,000019 V	4.47%	Pass
CH3	0.000000 V	-0.000018 V	-0.000420 V	0.000420 V	4.80 e-06 V	-0,000018 V	4.17%	Pass
CH4	0.000000 V	-0.000027 V	-0.000420 V	0.000420 V	4.80 e-06 V	-0,000027 V	6.43%	Pass
CH5	0.000000 V	-0.000029 V	-0.000420 V	0.000420 V	4.80 e-06 V	-0,000029 V	6.93%	Pass
CH6	0.000000 V	-0.000041 V	-0.000420 V	0.000420 V	4.80 e-06 V	-0,000041 V	9.78%	Pass
Test @ 1.8 V								
CH1	1.800000 V	1.800060 V	1.799220 V	1.800780 V	32.00 e-06 V	0,000060 V	7.69%	Pass
CH2	1.800000 V	1.800050 V	1.799220 V	1.800780 V	32.00 e-06 V	0,000050 V	6.41%	Pass
CH3	1.800000 V	1.799983 V	1.799220 V	1.800780 V	32.00 e-06 V	-0,000017 V	2.14%	Pass
CH4	1.800000 V	1.800040 V	1.799220 V	1.800780 V	32.00 e-06 V	0,000040 V	5.13%	Pass
CH5	1.800000 V	1.799990 V	1.799220 V	1.800780 V	32.00 e-06 V	-0,000010 V	1.28%	Pass
CH6	1.800000 V	1.799970 V	1.799220 V	1.800780 V	32.00 e-06 V	-0,000030 V	3.85%	Pass
Range: 5 V								
#####								
Test @ -4.5 V								
CH1	-4.500000 V	-4.499997 V	-4.501920 V	-4.498080 V	120.00 e-06 V	0,000003 V	0.174%	Pass
CH2	-4.500000 V	-4.500120 V	-4.501920 V	-4.498080 V	120.00 e-06 V	-0,000120 V	6.25%	Pass
CH3	-4.500000 V	-4.500247 V	-4.501920 V	-4.498080 V	120.00 e-06 V	-0,000247 V	12.8%	Pass
CH4	-4.500000 V	-4.500373 V	-4.501920 V	-4.498080 V	120.00 e-06 V	-0,000373 V	19.4%	Pass
CH5	-4.500000 V	-4.500267 V	-4.501920 V	-4.498080 V	120.00 e-06 V	-0,000267 V	13.9%	Pass
CH6	-4.500000 V	-4.500200 V	-4.501920 V	-4.498080 V	120.00 e-06 V	-0,000200 V	10.4%	Pass
Test @ 0 V								
CH1	0.000000 V	-0.000016 V	-0.001020 V	0.001020 V	4.80 e-06 V	-0,000016 V	1.6%	Pass
CH2	0.000000 V	-0.000024 V	-0.001020 V	0.001020 V	4.80 e-06 V	-0,000024 V	2.31%	Pass
CH3	0.000000 V	-0.000030 V	-0.001020 V	0.001020 V	4.80 e-06 V	-0,000030 V	2.99%	Pass
CH4	0.000000 V	-0.000054 V	-0.001020 V	0.001020 V	4.80 e-06 V	-0,000054 V	5.29%	Pass
CH5	0.000000 V	-0.000056 V	-0.001020 V	0.001020 V	4.80 e-06 V	-0,000056 V	5.51%	Pass
CH6	0.000000 V	-0.000062 V	-0.001020 V	0.001020 V	4.80 e-06 V	-0,000062 V	6.09%	Pass
Test @ 4.5 V								
CH1	4.500000 V	4.500103 V	4.498080 V	4.501920 V	120.00 e-06 V	0,000103 V	5.38%	Pass
CH2	4.500000 V	4.500093 V	4.498080 V	4.501920 V	120.00 e-06 V	0,000093 V	4.86%	Pass
CH3	4.500000 V	4.499907 V	4.498080 V	4.501920 V	120.00 e-06 V	-0,000093 V	4.86%	Pass
CH4	4.500000 V	4.500053 V	4.498080 V	4.501920 V	120.00 e-06 V	0,000053 V	2.78%	Pass
CH5	4.500000 V	4.499930 V	4.498080 V	4.501920 V	120.00 e-06 V	-0,000070 V	3.65%	Pass
CH6	4.500000 V	4.499837 V	4.498080 V	4.501920 V	120.00 e-06 V	-0,000163 V	8.51%	Pass
Range: 10 V								
#####								
Test @ -9 V								
CH1	-9.000000 V	-8.999950 V	-9.003820 V	-8.996180 V	200.00 e-06 V	0,000050 V	1.31%	Pass
CH2	-9.000000 V	-9.000250 V	-9.003820 V	-8.996180 V	200.00 e-06 V	-0,000250 V	6.54%	Pass
CH3	-9.000000 V	-9.000513 V	-9.003820 V	-8.996180 V	200.00 e-06 V	-0,000513 V	13.4%	Pass
CH4	-9.000000 V	-9.000780 V	-9.003820 V	-8.996180 V	200.00 e-06 V	-0,000780 V	20.4%	Pass
CH5	-9.000000 V	-9.000453 V	-9.003820 V	-8.996180 V	200.00 e-06 V	-0,000453 V	11.9%	Pass
CH6	-9.000000 V	-9.000370 V	-9.003820 V	-8.996180 V	200.00 e-06 V	-0,000370 V	9.69%	Pass
Test @ -5 V								
CH1	-5.000000 V	-4.999973 V	-5.003020 V	-4.996980 V	120.00 e-06 V	0,000027 V	0.883%	Pass
CH2	-5.000000 V	-5.000157 V	-5.003020 V	-4.996980 V	120.00 e-06 V	-0,000157 V	5.19%	Pass
CH3	-5.000000 V	-5.000343 V	-5.003020 V	-4.996980 V	120.00 e-06 V	-0,000343 V	11.4%	Pass
CH4	-5.000000 V	-5.000470 V	-5.003020 V	-4.996980 V	120.00 e-06 V	-0,000470 V	15.6%	Pass
CH5	-5.000000 V	-5.000317 V	-5.003020 V	-4.996980 V	120.00 e-06 V	-0,000317 V	10.5%	Pass
CH6	-5.000000 V	-5.000280 V	-5.003020 V	-4.996980 V	120.00 e-06 V	-0,000280 V	9.27%	Pass
Test @ 0 V								
CH1	0.000000 V	-0.000027 V	-0.002020 V	0.002020 V	4.80 e-06 V	-0,000027 V	1.33%	Pass
CH2	0.000000 V	-0.000044 V	-0.002020 V	0.002020 V	4.80 e-06 V	-0,000044 V	2.19%	Pass
CH3	0.000000 V	-0.000055 V	-0.002020 V	0.002020 V	4.80 e-06 V	-0,000055 V	2.7%	Pass
CH4	0.000000 V	-0.000097 V	-0.002020 V	0.002020 V	4.80 e-06 V	-0,000097 V	4.81%	Pass
CH5	0.000000 V	-0.000110 V	-0.002020 V	0.002020 V	4.80 e-06 V	-0,000110 V	5.46%	Pass
CH6	0.000000 V	-0.000118 V	-0.002020 V	0.002020 V	4.80 e-06 V	-0,000118 V	5.83%	Pass
Test @ 5 V								
CH1	5.000000 V	5.000047 V	4.996980 V	5.003020 V	120.00 e-06 V	0,000047 V	1.55%	Pass
CH2	5.000000 V	5.000133 V	4.996980 V	5.003020 V	120.00 e-06 V	0,000133 V	4.42%	Pass
CH3	5.000000 V	5.000117 V	4.996980 V	5.003020 V	120.00 e-06 V	0,000117 V	3.86%	Pass



**DEWETRON GmbH**  
 Parking 4  
 8074 Grambach  
 AUSTRIA

Kalibrierschein nach ISO/IEC 17025  
 Calibration Certificate according to ISO/IEC 17025

AAT2640079
Akkreditierung Austria 0632
03.06.2026

**11. Testergebnisse / Test results**

Test Description	True Value	Test Result	Lower limit	Upper limit	Exp Uncert	Error	% of Tol	Status
CH4	5.000000 V	5.000197 V	4.996980 V	5.003020 V	120.00 e-06 V	0,000197 V	6.51%	Pass
CH5	5.000000 V	5.000023 V	4.996980 V	5.003020 V	120.00 e-06 V	0,000023 V	0.773%	Pass
CH6	5.000000 V	4.999960 V	4.996980 V	5.003020 V	120.00 e-06 V	-0,000040 V	1.32%	Pass
Test @ 9 V								
CH1	9.000000 V	9.000260 V	8.996180 V	9.003820 V	200.00 e-06 V	0,000260 V	6.81%	Pass
CH2	9.000000 V	9.000277 V	8.996180 V	9.003820 V	200.00 e-06 V	0,000277 V	7.24%	Pass
CH3	9.000000 V	8.999933 V	8.996180 V	9.003820 V	200.00 e-06 V	-0,000067 V	1.75%	Pass
CH4	9.000000 V	9.000220 V	8.996180 V	9.003820 V	200.00 e-06 V	0,000220 V	5.76%	Pass
CH5	9.000000 V	8.999860 V	8.996180 V	9.003820 V	200.00 e-06 V	-0,000140 V	3.66%	Pass
CH6	9.000000 V	8.999740 V	8.996180 V	9.003820 V	200.00 e-06 V	-0,000260 V	6.81%	Pass
Test @ 7 V @ 50 Hz								
CH1	7.000000 V	6.999930 V	6.996580 V	7.003420 V	930.00 e-06 V	-0,000070 V	2.05%	Pass
CH2	7.000000 V	7.000150 V	6.996580 V	7.003420 V	930.00 e-06 V	0,000150 V	4.39%	Pass
CH3	7.000000 V	7.000213 V	6.996580 V	7.003420 V	930.00 e-06 V	0,000213 V	6.24%	Pass
CH4	7.000000 V	7.000360 V	6.996580 V	7.003420 V	930.00 e-06 V	0,000360 V	10.5%	Pass
CH5	7.000000 V	7.000123 V	6.996580 V	7.003420 V	930.00 e-06 V	0,000123 V	3.61%	Pass
CH6	7.000000 V	7.000060 V	6.996580 V	7.003420 V	930.00 e-06 V	0,000060 V	1.75%	Pass
Test @ 7 V @ 1 kHz								
CH1	7.000000 V	6.999587 V	6.996580 V	7.003420 V	1.50 e-03 V	-0,000413 V	12.1%	Pass
CH2	7.000000 V	6.999800 V	6.996580 V	7.003420 V	1.50 e-03 V	-0,000200 V	5.85%	Pass
CH3	7.000000 V	6.999897 V	6.996580 V	7.003420 V	1.50 e-03 V	-0,000103 V	3.02%	Pass
CH4	7.000000 V	7.000027 V	6.996580 V	7.003420 V	1.50 e-03 V	0,000027 V	0.78%	Pass
CH5	7.000000 V	6.999803 V	6.996580 V	7.003420 V	1.50 e-03 V	-0,000197 V	5.75%	Pass
CH6	7.000000 V	6.999747 V	6.996580 V	7.003420 V	1.50 e-03 V	-0,000253 V	7.41%	Pass
Test @ 7 V @ 5 kHz								
CH1	7.000000 V	6.999360 V	6.990980 V	7.009020 V	2.10 e-03 V	-0,000640 V	7.1%	Pass
CH2	7.000000 V	6.999567 V	6.990980 V	7.009020 V	2.10 e-03 V	-0,000433 V	4.8%	Pass
CH3	7.000000 V	6.999663 V	6.990980 V	7.009020 V	2.10 e-03 V	-0,000337 V	3.73%	Pass
CH4	7.000000 V	6.999790 V	6.990980 V	7.009020 V	2.10 e-03 V	-0,000210 V	2.33%	Pass
CH5	7.000000 V	6.999580 V	6.990980 V	7.009020 V	2.10 e-03 V	-0,000420 V	4.66%	Pass
CH6	7.000000 V	6.999523 V	6.990980 V	7.009020 V	2.10 e-03 V	-0,000477 V	5.28%	Pass
Test @ 7 V @ 10 kHz								
CH1	7.000000 V	6.999003 V	6.990980 V	7.009020 V	2.10 e-03 V	-0,000997 V	11%	Pass
CH2	7.000000 V	6.999197 V	6.990980 V	7.009020 V	2.10 e-03 V	-0,000803 V	8.91%	Pass
CH3	7.000000 V	6.999360 V	6.990980 V	7.009020 V	2.10 e-03 V	-0,000640 V	7.1%	Pass
CH4	7.000000 V	6.999463 V	6.990980 V	7.009020 V	2.10 e-03 V	-0,000537 V	5.95%	Pass
CH5	7.000000 V	6.999250 V	6.990980 V	7.009020 V	2.10 e-03 V	-0,000750 V	8.31%	Pass
CH6	7.000000 V	6.999180 V	6.990980 V	7.009020 V	2.10 e-03 V	-0,000820 V	9.09%	Pass
Test @ 7 V @ 50 kHz								
CH1	7.000000 V	6.993093 V	6.945480 V	7.054520 V	7.00 e-03 V	-0,006907 V	12.7%	Pass
CH2	7.000000 V	6.993200 V	6.945480 V	7.054520 V	7.00 e-03 V	-0,006800 V	12.5%	Pass
CH3	7.000000 V	6.993270 V	6.945480 V	7.054520 V	7.00 e-03 V	-0,006730 V	12.3%	Pass
CH4	7.000000 V	6.993527 V	6.945480 V	7.054520 V	7.00 e-03 V	-0,006473 V	11.9%	Pass
CH5	7.000000 V	6.993323 V	6.945480 V	7.054520 V	7.00 e-03 V	-0,006677 V	12.2%	Pass
CH6	7.000000 V	6.993190 V	6.945480 V	7.054520 V	7.00 e-03 V	-0,006810 V	12.5%	Pass
Test @ 7 V @ 100 kHz								
CH1	7.000000 V	6.973857 V	6.892980 V	7.107020 V	7.30 e-03 V	-0,026143 V	24.4%	Pass
CH2	7.000000 V	6.973787 V	6.892980 V	7.107020 V	7.30 e-03 V	-0,026213 V	24.5%	Pass
CH3	7.000000 V	6.973607 V	6.892980 V	7.107020 V	7.30 e-03 V	-0,026393 V	24.7%	Pass
CH4	7.000000 V	6.974397 V	6.892980 V	7.107020 V	7.30 e-03 V	-0,025603 V	23.9%	Pass
CH5	7.000000 V	6.974207 V	6.892980 V	7.107020 V	7.30 e-03 V	-0,025793 V	24.1%	Pass
CH6	7.000000 V	6.973783 V	6.892980 V	7.107020 V	7.30 e-03 V	-0,026217 V	24.5%	Pass
Test @ 3 V @ 300 kHz								
CH1	3.000000 V	2.909350 V	2.727980 V	3.272020 V		-0,090650 V	33.3%	Pass (1)
CH2	3.000000 V	2.908270 V	2.727980 V	3.272020 V		-0,091730 V	33.7%	Pass (1)
CH3	3.000000 V	2.907690 V	2.727980 V	3.272020 V		-0,092310 V	33.9%	Pass (1)
CH4	3.000000 V	2.909900 V	2.727980 V	3.272020 V		-0,090100 V	33.1%	Pass (1)
CH5	3.000000 V	2.909660 V	2.727980 V	3.272020 V		-0,090340 V	33.2%	Pass (1)
CH6	3.000000 V	2.908560 V	2.727980 V	3.272020 V		-0,091440 V	33.6%	Pass (1)

Range: 20 V

#####

Test @ -18 V

CH1	-18.00000 V	-17.99980 V	-18.00760 V	-17.99240 V	360.00 e-06 V	0,00020 V	2.63%	Pass
CH2	-18.00000 V	-18.00030 V	-18.00760 V	-17.99240 V	360.00 e-06 V	-0,00030 V	3.95%	Pass
CH3	-18.00000 V	-18.00087 V	-18.00760 V	-17.99240 V	360.00 e-06 V	-0,00087 V	11.4%	Pass
CH4	-18.00000 V	-18.00160 V	-18.00760 V	-17.99240 V	360.00 e-06 V	-0,00160 V	21.1%	Pass
CH5	-18.00000 V	-18.00110 V	-18.00760 V	-17.99240 V	360.00 e-06 V	-0,00110 V	14.5%	Pass
CH6	-18.00000 V	-18.00090 V	-18.00760 V	-17.99240 V	360.00 e-06 V	-0,00090 V	11.8%	Pass
Test @ 0 V								
CH1	0.000000 V	-0.000177 V	-0.004000 V	0.004000 V	4.90 e-06 V	-0,000177 V	4.41%	Pass
CH2	0.000000 V	-0.000187 V	-0.004000 V	0.004000 V	4.90 e-06 V	-0,000187 V	4.67%	Pass
CH3	0.000000 V	-0.000175 V	-0.004000 V	0.004000 V	4.90 e-06 V	-0,000175 V	4.37%	Pass
CH4	0.000000 V	-0.000284 V	-0.004000 V	0.004000 V	4.90 e-06 V	-0,000284 V	7.1%	Pass
CH5	0.000000 V	-0.000311 V	-0.004000 V	0.004000 V	4.90 e-06 V	-0,000311 V	7.78%	Pass
CH6	0.000000 V	-0.000405 V	-0.004000 V	0.004000 V	4.90 e-06 V	-0,000405 V	10.1%	Pass
Test @ 18 V								
CH1	18.00000 V	18.00050 V	17.99240 V	18.00760 V	360.00 e-06 V	0,00050 V	6.58%	Pass
CH2	18.00000 V	18.00040 V	17.99240 V	18.00760 V	360.00 e-06 V	0,00040 V	5.26%	Pass
CH3	18.00000 V	17.99980 V	17.99240 V	18.00760 V	360.00 e-06 V	-0,00020 V	2.63%	Pass



**DEWETRON GmbH**  
 Parking 4  
 8074 Grambach  
 AUSTRIA

Kalibrierschein nach ISO/IEC 17025  
 Calibration Certificate according to ISO/IEC 17025

AAT2640079
Akkreditierung Austria 0632
03.06.2026

**11. Testergebnisse / Test results**

Test Description	True Value	Test Result	Lower limit	Upper limit	Exp Uncert	Error	% of Tol	Status
CH4	18.00000 V	18.00060 V	17.99240 V	18.00760 V	360.00 e-06 V	0,00060 V	7.89%	Pass
CH5	18.00000 V	18.00000 V	17.99240 V	18.00760 V	360.00 e-06 V	0,00000 V	0%	Pass
CH6	18.00000 V	17.99953 V	17.99240 V	18.00760 V	360.00 e-06 V	-0,00047 V	6.14%	Pass
Test @ 14 V @ 50 Hz								
CH1	14.00000 V	14.00000 V	13.99320 V	14.00680 V	3.40 e-03 V	0,00000 V	0%	Pass
CH2	14.00000 V	14.00040 V	13.99320 V	14.00680 V	3.40 e-03 V	0,00040 V	5.88%	Pass
CH3	14.00000 V	14.00050 V	13.99320 V	14.00680 V	3.40 e-03 V	0,00050 V	7.35%	Pass
CH4	14.00000 V	14.00103 V	13.99320 V	14.00680 V	3.40 e-03 V	0,00103 V	15.2%	Pass
CH5	14.00000 V	14.00070 V	13.99320 V	14.00680 V	3.40 e-03 V	0,00070 V	10.3%	Pass
CH6	14.00000 V	14.00040 V	13.99320 V	14.00680 V	3.40 e-03 V	0,00040 V	5.88%	Pass
Test @ 14 V @ 1 kHz								
CH1	14.00000 V	13.99900 V	13.99320 V	14.00680 V	6.10 e-03 V	-0,00100 V	14.7%	Pass
CH2	14.00000 V	13.99930 V	13.99320 V	14.00680 V	6.10 e-03 V	-0,00070 V	10.3%	Pass
CH3	14.00000 V	13.99960 V	13.99320 V	14.00680 V	6.10 e-03 V	-0,00040 V	5.88%	Pass
CH4	14.00000 V	14.00000 V	13.99320 V	14.00680 V	6.10 e-03 V	0,00000 V	0%	Pass
CH5	14.00000 V	13.99970 V	13.99320 V	14.00680 V	6.10 e-03 V	-0,00030 V	4.41%	Pass
CH6	14.00000 V	13.99940 V	13.99320 V	14.00680 V	6.10 e-03 V	-0,00060 V	8.82%	Pass
Test @ 14 V @ 5 kHz								
CH1	14.00000 V	13.99400 V	13.97500 V	14.02500 V	6.10 e-03 V	-0,00600 V	24%	Pass
CH2	14.00000 V	13.99413 V	13.97500 V	14.02500 V	6.10 e-03 V	-0,00587 V	23.5%	Pass
CH3	14.00000 V	13.99630 V	13.97500 V	14.02500 V	6.10 e-03 V	-0,00370 V	14.8%	Pass
CH4	14.00000 V	13.99400 V	13.97500 V	14.02500 V	6.10 e-03 V	-0,00600 V	24%	Pass
CH5	14.00000 V	13.99607 V	13.97500 V	14.02500 V	6.10 e-03 V	-0,00393 V	15.7%	Pass
CH6	14.00000 V	13.99400 V	13.97500 V	14.02500 V	6.10 e-03 V	-0,00600 V	24%	Pass
Test @ 14 V @ 10 kHz								
CH1	14.00000 V	13.98430 V	13.92600 V	14.07400 V	6.10 e-03 V	-0,01570 V	21.2%	Pass
CH2	14.00000 V	13.98410 V	13.92600 V	14.07400 V	6.10 e-03 V	-0,01590 V	21.5%	Pass
CH3	14.00000 V	13.99020 V	13.92600 V	14.07400 V	6.10 e-03 V	-0,00980 V	13.2%	Pass
CH4	14.00000 V	13.98203 V	13.92600 V	14.07400 V	6.10 e-03 V	-0,01797 V	24.3%	Pass
CH5	14.00000 V	13.98907 V	13.92600 V	14.07400 V	6.10 e-03 V	-0,01093 V	14.8%	Pass
CH6	14.00000 V	13.98320 V	13.92600 V	14.07400 V	6.10 e-03 V	-0,01680 V	22.7%	Pass
Test @ 14 V @ 50 kHz								
CH1	14.00000 V	13.95533 V	13.64600 V	14.35400 V	25.00 e-03 V	-0,04467 V	12.6%	Pass
CH2	14.00000 V	13.95450 V	13.64600 V	14.35400 V	25.00 e-03 V	-0,04550 V	12.9%	Pass
CH3	14.00000 V	13.97360 V	13.64600 V	14.35400 V	25.00 e-03 V	-0,02640 V	7.46%	Pass
CH4	14.00000 V	13.94480 V	13.64600 V	14.35400 V	25.00 e-03 V	-0,05520 V	15.6%	Pass
CH5	14.00000 V	13.97000 V	13.64600 V	14.35400 V	25.00 e-03 V	-0,03000 V	8.47%	Pass
CH6	14.00000 V	13.95150 V	13.64600 V	14.35400 V	25.00 e-03 V	-0,04850 V	13.7%	Pass
Test @ 14 V @ 100 kHz								
CH1	14.00000 V	13.93457 V	13.29600 V	14.70400 V	25.00 e-03 V	-0,06543 V	9.29%	Pass
CH2	14.00000 V	13.93313 V	13.29600 V	14.70400 V	25.00 e-03 V	-0,06687 V	9.5%	Pass
CH3	14.00000 V	13.95323 V	13.29600 V	14.70400 V	25.00 e-03 V	-0,04677 V	6.64%	Pass
CH4	14.00000 V	13.92307 V	13.29600 V	14.70400 V	25.00 e-03 V	-0,07693 V	10.9%	Pass
CH5	14.00000 V	13.95037 V	13.29600 V	14.70400 V	25.00 e-03 V	-0,04963 V	7.05%	Pass
CH6	14.00000 V	13.93037 V	13.29600 V	14.70400 V	25.00 e-03 V	-0,06963 V	9.89%	Pass
Test @ 3 V @ 300 kHz								
CH1	3.000000 V	2.941430 V	2.546000 V	3.454000 V		-0,058570 V	12.9%	Pass (1)
CH2	3.000000 V	2.940030 V	2.546000 V	3.454000 V		-0,059970 V	13.2%	Pass (1)
CH3	3.000000 V	2.943480 V	2.546000 V	3.454000 V		-0,056520 V	12.4%	Pass (1)
CH4	3.000000 V	2.938880 V	2.546000 V	3.454000 V		-0,061120 V	13.5%	Pass (1)
CH5	3.000000 V	2.944930 V	2.546000 V	3.454000 V		-0,055070 V	12.1%	Pass (1)
CH6	3.000000 V	2.939860 V	2.546000 V	3.454000 V		-0,060140 V	13.2%	Pass (1)
Range: 50 V #####								
Test @ -45 V								
CH1	-45.00000 V	-44.99930 V	-45.01900 V	-44.98100 V	1.50 e-03 V	0,00070 V	3.68%	Pass
CH2	-45.00000 V	-45.00073 V	-45.01900 V	-44.98100 V	1.50 e-03 V	-0,00073 V	3.86%	Pass
CH3	-45.00000 V	-45.00250 V	-45.01900 V	-44.98100 V	1.50 e-03 V	-0,00250 V	13.2%	Pass
CH4	-45.00000 V	-45.00370 V	-45.01900 V	-44.98100 V	1.50 e-03 V	-0,00370 V	19.5%	Pass
CH5	-45.00000 V	-45.00280 V	-45.01900 V	-44.98100 V	1.50 e-03 V	-0,00280 V	14.7%	Pass
CH6	-45.00000 V	-45.00207 V	-45.01900 V	-44.98100 V	1.50 e-03 V	-0,00207 V	10.9%	Pass
Test @ 0 V								
CH1	0.000000 V	-0.000160 V	-0.010000 V	0.010000 V	5.90 e-06 V	-0,000160 V	1.6%	Pass
CH2	0.000000 V	-0.000242 V	-0.010000 V	0.010000 V	5.90 e-06 V	-0,000242 V	2.42%	Pass
CH3	0.000000 V	-0.000311 V	-0.010000 V	0.010000 V	5.90 e-06 V	-0,000311 V	3.11%	Pass
CH4	0.000000 V	-0.000388 V	-0.010000 V	0.010000 V	5.90 e-06 V	-0,000388 V	3.88%	Pass
CH5	0.000000 V	-0.000563 V	-0.010000 V	0.010000 V	5.90 e-06 V	-0,000563 V	5.63%	Pass
CH6	0.000000 V	-0.000597 V	-0.010000 V	0.010000 V	5.90 e-06 V	-0,000597 V	5.97%	Pass
Test @ 45 V								
CH1	45.00000 V	45.00097 V	44.98100 V	45.01900 V	1.50 e-03 V	0,00097 V	5.09%	Pass
CH2	45.00000 V	45.00093 V	44.98100 V	45.01900 V	1.50 e-03 V	0,00093 V	4.91%	Pass
CH3	45.00000 V	44.99963 V	44.98100 V	45.01900 V	1.50 e-03 V	-0,00037 V	1.93%	Pass
CH4	45.00000 V	45.00100 V	44.98100 V	45.01900 V	1.50 e-03 V	0,00100 V	5.26%	Pass
CH5	45.00000 V	44.99973 V	44.98100 V	45.01900 V	1.50 e-03 V	-0,00027 V	1.4%	Pass
CH6	45.00000 V	44.99867 V	44.98100 V	45.01900 V	1.50 e-03 V	-0,00133 V	7.02%	Pass
Range: 100 V #####								
Test @ -90 V								



AAT2640079
Akkreditierung Austria 0632
03.06.2026

**11. Testergebnisse / Test results**

Test Description	True Value	Test Result	Lower limit	Upper limit	Exp Uncert	Error	% of Tol	Status
CH1	-90.00000 V	-89.99963 V	-90.03800 V	-89.96200 V	2.70 e-03 V	0,00037 V	0.965%	Pass
CH2	-90.00000 V	-90.00173 V	-90.03800 V	-89.96200 V	2.70 e-03 V	-0,00173 V	4.56%	Pass
CH3	-90.00000 V	-90.00533 V	-90.03800 V	-89.96200 V	2.70 e-03 V	-0,00533 V	14%	Pass
CH4	-90.00000 V	-90.00843 V	-90.03800 V	-89.96200 V	2.70 e-03 V	-0,00843 V	22.2%	Pass
CH5	-90.00000 V	-90.00597 V	-90.03800 V	-89.96200 V	2.70 e-03 V	-0,00597 V	15.7%	Pass
CH6	-90.00000 V	-90.00340 V	-90.03800 V	-89.96200 V	2.70 e-03 V	-0,00340 V	8.95%	Pass
Test @ 0 V								
CH1	0.000000 V	-0.000269 V	-0.020000 V	0.020000 V	8.40 e-06 V	-0,000269 V	1.35%	Pass
CH2	0.000000 V	-0.000485 V	-0.020000 V	0.020000 V	8.40 e-06 V	-0,000485 V	2.43%	Pass
CH3	0.000000 V	-0.000554 V	-0.020000 V	0.020000 V	8.40 e-06 V	-0,000554 V	2.77%	Pass
CH4	0.000000 V	-0.000978 V	-0.020000 V	0.020000 V	8.40 e-06 V	-0,000978 V	4.89%	Pass
CH5	0.000000 V	-0.001136 V	-0.020000 V	0.020000 V	8.40 e-06 V	-0,001136 V	5.68%	Pass
CH6	0.000000 V	-0.001166 V	-0.020000 V	0.020000 V	8.40 e-06 V	-0,001166 V	5.83%	Pass
Test @ 90 V								
CH1	90.00000 V	90.00263 V	89.96200 V	90.03800 V	2.70 e-03 V	0,00263 V	6.93%	Pass
CH2	90.00000 V	90.00210 V	89.96200 V	90.03800 V	2.70 e-03 V	0,00210 V	5.53%	Pass
CH3	90.00000 V	89.99957 V	89.96200 V	90.03800 V	2.70 e-03 V	-0,00043 V	1.14%	Pass
CH4	90.00000 V	90.00233 V	89.96200 V	90.03800 V	2.70 e-03 V	0,00233 V	6.14%	Pass
CH5	90.00000 V	89.99997 V	89.96200 V	90.03800 V	2.70 e-03 V	-0,00003 V	0.0877%	Pass
CH6	90.00000 V	89.99633 V	89.96200 V	90.03800 V	2.70 e-03 V	-0,00367 V	9.65%	Pass
Internal Reference (PWM) Calibration								
0.2 V Range; 40 kSamples/sec								
0.095 V	0.095 V	0.095 V	0.075 V	0.115 V		0,000 V	0.00409%	Pass (1)
10 V Range; 40 kSamples/sec								
4.0000 V	4.0000 V	4.0000 V	3.9972 V	4.0028 V		0,0000 V	0.426%	Pass (1)
SNR Test								
Short Circuit Input; 0.2 V Range; 2000 kS/sec								
88.00 dB @ CH1	88.00 dB	91.11 dB	85.00 dB	200.00 dB		3,11 dB	2.78%	Pass (1)
88.00 dB @ CH2	88.00 dB	91.35 dB	85.00 dB	200.00 dB		3,35 dB	2.99%	Pass (1)
88.00 dB @ CH3	88.00 dB	91.35 dB	85.00 dB	200.00 dB		3,35 dB	2.99%	Pass (1)
88.00 dB @ CH4	88.00 dB	91.34 dB	85.00 dB	200.00 dB		3,34 dB	2.98%	Pass (1)
88.00 dB @ CH5	88.00 dB	91.32 dB	85.00 dB	200.00 dB		3,32 dB	2.97%	Pass (1)
88.00 dB @ CH6	88.00 dB	91.32 dB	85.00 dB	200.00 dB		3,32 dB	2.97%	Pass (1)
Short Circuit Input; 2 V Range; 2000 kS/sec								
100.00 dB @ CH1	100.00 dB	104.38 dB	95.00 dB	200.00 dB		4,38 dB	4.38%	Pass (1)
100.00 dB @ CH2	100.00 dB	104.52 dB	95.00 dB	200.00 dB		4,52 dB	4.52%	Pass (1)
100.00 dB @ CH3	100.00 dB	104.56 dB	95.00 dB	200.00 dB		4,56 dB	4.56%	Pass (1)
100.00 dB @ CH4	100.00 dB	104.50 dB	95.00 dB	200.00 dB		4,50 dB	4.5%	Pass (1)
100.00 dB @ CH5	100.00 dB	104.55 dB	95.00 dB	200.00 dB		4,55 dB	4.55%	Pass (1)
100.00 dB @ CH6	100.00 dB	104.59 dB	95.00 dB	200.00 dB		4,59 dB	4.59%	Pass (1)
Short Circuit Input; 5 V Range; 2000 kS/sec								
105.00 dB @ CH1	105.00 dB	108.19 dB	100.00 dB	200.00 dB		3,19 dB	3.36%	Pass (1)
105.00 dB @ CH2	105.00 dB	108.21 dB	100.00 dB	200.00 dB		3,21 dB	3.38%	Pass (1)
105.00 dB @ CH3	105.00 dB	108.25 dB	100.00 dB	200.00 dB		3,25 dB	3.42%	Pass (1)
105.00 dB @ CH4	105.00 dB	108.21 dB	100.00 dB	200.00 dB		3,21 dB	3.38%	Pass (1)
105.00 dB @ CH5	105.00 dB	108.27 dB	100.00 dB	200.00 dB		3,27 dB	3.44%	Pass (1)
105.00 dB @ CH6	105.00 dB	108.30 dB	100.00 dB	200.00 dB		3,30 dB	3.47%	Pass (1)
Short Circuit Input; 10 V Range; 2000 kS/sec								
105.00 dB @ CH1	105.00 dB	108.53 dB	100.00 dB	200.00 dB		3,53 dB	3.72%	Pass (1)
105.00 dB @ CH2	105.00 dB	108.57 dB	100.00 dB	200.00 dB		3,57 dB	3.76%	Pass (1)
105.00 dB @ CH3	105.00 dB	108.63 dB	100.00 dB	200.00 dB		3,63 dB	3.82%	Pass (1)
105.00 dB @ CH4	105.00 dB	108.56 dB	100.00 dB	200.00 dB		3,56 dB	3.75%	Pass (1)
105.00 dB @ CH5	105.00 dB	108.60 dB	100.00 dB	200.00 dB		3,60 dB	3.79%	Pass (1)
105.00 dB @ CH6	105.00 dB	108.67 dB	100.00 dB	200.00 dB		3,67 dB	3.87%	Pass (1)
Low Pass Filter Test								
the digital filter is turned off during following tests								
3V @ 330 kHz Input; 10 V Range; 1000 kHz analog filter; 2000 kS/sec								
-0.30 dB @ CH1	-0.30 dB	-0.32 dB	-0.80 dB	0.20 dB		-0,02 dB	4.91%	Pass (1)
-0.30 dB @ CH2	-0.30 dB	-0.33 dB	-0.80 dB	0.20 dB		-0,03 dB	5.71%	Pass (1)
-0.30 dB @ CH3	-0.30 dB	-0.33 dB	-0.80 dB	0.20 dB		-0,03 dB	6.13%	Pass (1)
-0.30 dB @ CH4	-0.30 dB	-0.32 dB	-0.80 dB	0.20 dB		-0,02 dB	4.56%	Pass (1)
-0.30 dB @ CH5	-0.30 dB	-0.32 dB	-0.80 dB	0.20 dB		-0,02 dB	4.72%	Pass (1)
-0.30 dB @ CH6	-0.30 dB	-0.33 dB	-0.80 dB	0.20 dB		-0,03 dB	5.51%	Pass (1)
3V @ 330 kHz Input; 10 V Range; 333 kHz analog filte; 2000 kS/sec								
-3.00 dB @ CH1	-3.00 dB	-2.62 dB	-4.00 dB	-2.00 dB		0,38 dB	37.5%	Pass (1)
-3.00 dB @ CH2	-3.00 dB	-2.67 dB	-4.00 dB	-2.00 dB		0,33 dB	33.3%	Pass (1)
-3.00 dB @ CH3	-3.00 dB	-2.66 dB	-4.00 dB	-2.00 dB		0,34 dB	33.7%	Pass (1)
-3.00 dB @ CH4	-3.00 dB	-2.65 dB	-4.00 dB	-2.00 dB		0,35 dB	35.4%	Pass (1)
-3.00 dB @ CH5	-3.00 dB	-2.63 dB	-4.00 dB	-2.00 dB		0,37 dB	37.5%	Pass (1)
-3.00 dB @ CH6	-3.00 dB	-2.66 dB	-4.00 dB	-2.00 dB		0,34 dB	34.1%	Pass (1)
3V @ 100 kHz Input; 10 V Range; 100 kHz analog filter; 2000 kS/sec								
-3.00 dB @ CH1	-3.00 dB	-2.87 dB	-4.00 dB	-2.00 dB		0,13 dB	12.5%	Pass (1)
-3.00 dB @ CH2	-3.00 dB	-2.82 dB	-4.00 dB	-2.00 dB		0,18 dB	17.6%	Pass (1)
-3.00 dB @ CH3	-3.00 dB	-2.88 dB	-4.00 dB	-2.00 dB		0,12 dB	12.3%	Pass (1)
-3.00 dB @ CH4	-3.00 dB	-2.88 dB	-4.00 dB	-2.00 dB		0,12 dB	12.4%	Pass (1)
-3.00 dB @ CH5	-3.00 dB	-2.87 dB	-4.00 dB	-2.00 dB		0,13 dB	13.1%	Pass (1)



**DEWETRON GmbH**  
 Parking 4  
 8074 Grambach  
 AUSTRIA

Kalibrierschein nach ISO/IEC 17025  
*Calibration Certificate according to ISO/IEC 17025*

AAT2640079
Akkreditierung Austria 0632
03.06.2026

**11. Testergebnisse / Test results**

Test Description	True Value	Test Result	Lower limit	Upper limit	Exp Uncert	Error	% of Tol	Status
-3.00 dB @ CH6	-3.00 dB	-2.85 dB	-4.00 dB	-2.00 dB		0,15 dB	15.1%	Pass (1)
Inter Channel Phase Mismatch Test								
1.2 V @ 10 kHz Input; 2 V Range; 2000 kS/sec; Without Divider								
0.000_deg @ CH1	0.000_deg	0.000_deg	-0.280_deg	0.280_deg		0,000_deg	0%	Pass (1)
0.000_deg @ CH2	0.000_deg	-0.003_deg	-0.280_deg	0.280_deg		-0,003_deg	1.09%	Pass (1)
0.000_deg @ CH3	0.000_deg	-0.003_deg	-0.280_deg	0.280_deg		-0,003_deg	1.09%	Pass (1)
0.000_deg @ CH4	0.000_deg	0.007_deg	-0.280_deg	0.280_deg		0,007_deg	2.5%	Pass (1)
0.000_deg @ CH5	0.000_deg	0.002_deg	-0.280_deg	0.280_deg		0,002_deg	0.791%	Pass (1)
0.000_deg @ CH6	0.000_deg	0.004_deg	-0.280_deg	0.280_deg		0,004_deg	1.36%	Pass (1)
1.2 V @ 10 kHz Input; 20 V Range; 2000 kS/sec; With Divider								
0.000_deg @ CH1	0.000_deg	0.000_deg	-0.280_deg	0.280_deg		0,000_deg	0%	Pass (1)
0.000_deg @ CH2	0.000_deg	0.064_deg	-0.280_deg	0.280_deg		0,064_deg	22.7%	Pass (1)
0.000_deg @ CH3	0.000_deg	0.101_deg	-0.280_deg	0.280_deg		0,101_deg	36%	Pass (1)
0.000_deg @ CH4	0.000_deg	0.051_deg	-0.280_deg	0.280_deg		0,051_deg	18.4%	Pass (1)
0.000_deg @ CH5	0.000_deg	0.097_deg	-0.280_deg	0.280_deg		0,097_deg	34.8%	Pass (1)
0.000_deg @ CH6	0.000_deg	0.062_deg	-0.280_deg	0.280_deg		0,062_deg	22.3%	Pass (1)
High Pass Filter Test								
10 V Input; 10 V Range; 1 kS/sec								
0.160 Hz @ CH1	0.160 Hz	0.155 Hz	0.128 Hz	0.192 Hz		-0,005 Hz	15.5%	Pass (1)
0.160 Hz @ CH2	0.160 Hz	0.152 Hz	0.128 Hz	0.192 Hz		-0,008 Hz	24.7%	Pass (1)
0.160 Hz @ CH3	0.160 Hz	0.150 Hz	0.128 Hz	0.192 Hz		-0,010 Hz	31.9%	Pass (1)
0.160 Hz @ CH4	0.160 Hz	0.160 Hz	0.128 Hz	0.192 Hz		0,000 Hz	0.464%	Pass (1)
0.160 Hz @ CH5	0.160 Hz	0.155 Hz	0.128 Hz	0.192 Hz		-0,005 Hz	14.9%	Pass (1)
0.160 Hz @ CH6	0.160 Hz	0.153 Hz	0.128 Hz	0.192 Hz		-0,007 Hz	22%	Pass (1)
Selftest								
Hardware Check (Selftest)								
								Pass (1)
43.0 °C @ BoardTemp	43.0 °C	48.8 °C	33.0 °C	53.0 °C		5,8 °C	57.5%	Pass (1)

Ende des Kalibrierscheines / End of Calibration Certificate

